

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

CLIENTE:	LOGIN TRADE COMERCIAL LTDA		
ENDEREÇO:	Rua Professor Joaquim Santiago, 248	CEP:	89.240-000
CIDADE:	Sao Francisco do Sul	ESTADO:	SC
CONTATO:	CHRISTIAN BRAGA	E-MAIL:	cbraga@motorbull.com.br
FONE 1 :	(41) 3242-4200	FONE 2:	---

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Nº DE CONTROLE INTERNO:	285436	CONTROLE DO CLIENTE:	MULTIPLoS EQUIPAMENTOS
Nº DA AMOSTRA:	4329 /20	Nº DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO:	278/20
TIPO DE AMOSTRA:	Lubrificante		
PRODUTO:	MOTORBULL MOTRORBULL SPRAY	CLASSIFICAÇÃO:	Não identificado
DATA DA COLETA:	08/04/20	RESPONSÁVEL PELA COLETA:	Christian
DATA DO RECEBIMENTO:	14/04/20	DATA DA REALIZAÇÃO:	20/04/20
		DATA DE EMISSÃO:	20/04/20

CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO:	Forma de coleta: A amostra foi coleta pelo cliente	Frasco de coleta do cliente
	Quantidade: 200 ml	Aspecto: Claro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Equipamento Prefixo : MULTIPLOS EQUIPAMENTOS
Compartimento : DIVERSOS USOS
Horas Km/h óleo : - - -
Horas Km/h Equipamento: - - -
Localção: Não identificado
Frasco: - - -

OBSERVAÇÃO

* Ponto de fulgor, ao passar a chama na temperatura ambiente já entra em combustão, provavelmente seu ponto de fulgor é baixo de 20°C onde não temos equipamento para realizar esse teste.

ENSAIOS REALIZADOS	Unidade de Medida	Resultados	Métodos Baseados
Viscosidade 40°C "mm ² /s"	"mm ² /s"	4,382	ABNT NBR-10441
Massa Específica a 20°C g/ml (Lubrificante)	g/ml	0,841	ABNT NBR 14065
Ponto de Fulgor °C "Cleveland"	°C	*	ABNT NBR-11341
Four Ball EP Grease "kg"- "Passa"	kg	400	ASTM D 2596
Four Ball EP Grease "kg"- "Solda"	kg	500	ASTM D 2596
Ponto de Fluidez °C	°C	-48	ABNT NBR-15586
Corrosão Lâmina de Cobre - 3 hs a 100°C	ASTM	1B	ABNT NBR-14359
CENTRIFUGAÇÃO 900 RPM POR 10 MINUTOS	---	Não houve separação de fases	---

Lençóis Paulista, segunda-feira, 20 de abril de 2020


Ivan Leite Moreno
Coord. Subst. Laboratório**CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDADE**

- Os resultados obtidos somente se referem ao material submetido ao ensaio.
- O LABELT não se torna responsável em nenhum caso de uso indevido que se possa fazer deste documento, cuja reprodução parcial, sem autorização expressa deste laboratório, está totalmente proibida.
- Não se admite qualquer responsabilidade referente à exatidão da amostragem, a menos que esta tenha sido efetuada mediante nossa própria supervisão, conforme documentos internos. Salvo menção expressa, as amostras foram livremente selecionadas pelo solicitante.
- O LABELT não se torna responsável pela divulgação ou o uso que o solicitante, outra pessoa ou entidade venham a fazer dos resultados do presente relatório.
- O LABELT garante a confiabilidade dos resultados contidos no presente relatório de ensaio e não é aplicável os desvios dos métodos.

F-LTV-035 Ver. 05 - Formulário Aprovado: 09/03/17

Escola Senai Lençóis Paulista

Rua: Aristeu Rodrigues Sampaio, 271 - Jardim das Nações - Cep: 18685-730 - Lençóis Paulista - SP

Fone/Fax: (14) 3269-3969 - e-mail: labelt@sp.senai.br - site: <http://www.sp.senai.br/lencoispaulista>